



Programa

8 de Abril de 2017

9:00 » Introdução

9:15 » Indicações para Implantação de CDI. Evidência clínica (T-20m)

João Primo

9:35 » Detecção de Taquiarritmia (T-30m)

Hipólito Reis

Sensibilidade autoajustável

True Bipolar vs Integrated Bipolar

Zonas de deteção

Contador combinado

10:05 » Terapias para taquiarritmias (T-30 m)

Marco Oliveira

Pacing anti-taquicardia

Choque

Otimização da programação (bradi/taqui)

10:35 » Minimização de choque (T-45m)

Carlos Santos

CrITÉRIOS de Discriminação TV/TSV

Onset

Estabilidade

Morfologia

Padrões de condução

High Rate Timeout

Prevenção de choques inapropriados

Oversensing à Onda T

Detecção de ruído

11:30 » Intervalo

11:45 » Técnicas de implantação de CDI (T-30 m)

Helena Gonçalves

Transvenoso / Subcutâneo

12:15 » Follow-up convencional vs. Monitorização á distância (T-45 m)

Elisabeth Santos/José Ribeiro

Abordagem multidisciplinar

Avaliação Inicial

Trends e gráficos

Análise dos episódios

Avaliação de episódios de oversensing

Avaliação da bateria

Avaliação dos condensadores

Avaliação dos electrocateteres

Análise de Oversensing

Alertas, magnetos

13:00 » Almoço de trabalho

14:30 » Workshop – Diagnósticos do dispositivo (T/P-60 m)

Todos

Doente com episódios de TV/FV:

Tipo de episódio

Causa do episódio

Drogas antiarrítmicas

Resposta a diferentes cenários - exemplos clínicos

Causas da deteção e terapia

Optimização da programação

Acções adicionais

15:30 » Apresentação e análise de casos clínicos (P-120 m)

Todos

17:30 » Discussão e Questões

18:00 » Final dos trabalhos